



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Parczew, 17.04.2018 r.



Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/6/2018 (1)

Dotyczy: Zakup zestawu laparoskopowego na potrzeby SOR w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału”

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 4 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści głowicę kamery endoskopowej 1x1/3 CMOS pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 4 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do regulacji przepływu bez oprogramowania w języku polskim oraz bez możliwości ustawienia profili własnych przez użytkownika oraz z możliwością wyświetlania parametrów pracy na ekranie urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 4 część II, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści trokar z obturatorem bezpiecznym o śr. 10mm oraz tuleję trokara o śr. 5,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ



Pytanie 4

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych - zestaw laparoskopowy; pkt nr 15.- Sterownik kamery o modułowej budowie umożliwiający rozbudowę do 3D i 4K.

Czy Zamawiający dopuści wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych:

Sterownik kamery medycznej posiadający możliwość obrazowania w rozdzielczości 4K (Ultra HD) oraz Full HD. Bez konieczności modułowej rozbudowy kontrolera kamery o dodatkowe urządzenia?

Możliwość współpracy sterownika kamery z głowicami Full HD oraz Ultra HD zarówno CCD jak i C-MOS oferowanymi przez producenta.

W miejsce opisanego sterownika kamery medycznej.

Należy zauważyć iż przedstawione rozwiązanie jest bardzo korzystne dla Użytkowników pod względem ekonomii oraz spektrum zastosowania i wykorzystania posiadanych optyk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych - zestaw laparoskopowy; pkt 18. Kamera wyposażona w tryb wyświetlania obrazu na ekranie monitora operacyjnego z wycięciem koloru czerwonego w celu efektywniejszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie.

Czy Zamawiający dopuści wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących parametrach technicznych?

Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów oraz kolorów (5 różnych filtrów z możliwością korzystania z nich tj wyłączane i włączane w dowolnym momencie.)

W miejsce opisanych parametrów technicznych filtra wycięcia światła czerwonego.

Należy zauważyć iż przedstawione rozwiązanie znacznie przewyższa opis SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych - zestaw laparoskopowy; pkt 26 – Pompa ssąco-płuczająca.

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach technicznych?

-Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji Laparoskopowych

-Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową perystaltyczną

-Ciśnienie w torze płukania 400 mmHg (+/- 50 mmHg)

-Przepływ płukania 1 800 ml/ min. (+/- 10%), Przepływ ssania 1 800 ml / min. (+0.4/-0.1 l/min.)

-Ciśnienie w torze ssania między -50 a -60kpa

-Dren płuczający, silikonowy, wielorazowy, autoklawowalny, do laparoskopii -1 szt.

-Zestaw drenów silikonowych do odsysania - kpl.1

-Słój do odsysania wraz z pokrywą -1 kpi.

-Rurka ssąco-płuczająca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym (wielorazowego użytku) – szt.2

-Montaż pompy oraz pojemnika na brudny płyn na relingu bocznym wózka co zapobiega zalaniu płynem innych urządzeń.

W miejsce opisanej pompy laparoskopowej w pkt 26 . Należy zauważyć że podane parametry stanowią dzisiejszy standard w zabiegach laparoskopowych. Przedstawione ciśnienia oraz przepływy są parametrami które zapewniają użytkownikowi pełną funkcjonalność urządzenia podczas wykonywania zabiegów laparoskopii Chirurgicznej i Ginekologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych - zestaw laparoskopowy; pkt 27 – optyka 0 stopni.

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach technicznych?

Optyka laparoskopowa 0 stopni dł. 300mm. Przekazująca obraz bez zniekształceń na soczewkach. autoklawowalna 134 stopnie C. Oznaczenie Data Matrix.

W miejsce opisanej optyki laparoskopowej w pkt 27?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych - zestaw laparoskopowy; pkt 27 – pojemnik do sterylizacji narzędzi

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach technicznych?

Kosz do sterylizacji narzędzi składający się z podstawy oraz stojaka wyposażonego w silikonowe uchwyty oraz pokrywy; o wymiarach dł. 53 cm, szer. 25 cm, wysok. 10,8 cm. Kompatybilny z oferowanymi narzędziami, mieszczący cały zestaw - 1 szt

W miejsce opisanego pojemnika do sterylizacji narzędzi laparoskopowych w pkt 27?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pkt 28 produkt równoważny o w/w parametrach.

Pytanie 9

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych - INSUFLATOR ENDOSKOPOWY CO2; pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach technicznych?

Komplet trokarów: trokar tzw bezpieczny 10 mm – szt 1; trokar 2-częściowy (kaniula z zaworem magnetyczny w kpl z gwoździem piramidalnym) rozmiar 10 mm (w komplecie z redukcją na 5mm) – szt 1; trokar 2-częściowy (kaniula z zaworem magnetycznym w kpl z gwoździem piramidalnym) rozmiar 5,5 mm – szt 2

W miejsce opisanego zestawu trokarów w pkt nr 7 –Insuflator endoskopowy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów i w wysokości:
 - 1) za opóźnienie w realizacji umowy ponad termin wskazany w §4 ust. 1, w wysokości **0,5%** ceny brutto **za opóźniony w dostarczeniu** przedmiot umowy wskazanej w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostarczeniu przedmiotu umowy.**
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego, w wysokości 0,2% ceny brutto **za wadliwy przedmiot** umowy wskazanej w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwego przedmiotu umowy,** z tym zastrzeżeniem, iż końcowym terminem naliczania kary umownej będzie dzień usunięcia wady przez Wykonawcę albo Zamawiającego lub podmiot trzeci, któremu Zamawiający powierzył usunięcie wady, zgodnie z §4 ust. 4, **jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwego przedmiotu umowy.**
 - 3) za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia w zakresie eksploatacji i używania wyposażenia, w wysokości 0,5% ceny brutto **niezrealizowanej części** umowy wskazanej w §2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**
 - 4) w przypadkach i w wysokości wskazanej w §5 ust. 4 pkt 3,
 - 5) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w §6 niniejszej umowy, w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie 11

Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy (załącznik nr 4 do SIWZ, pozycja 30) jest wyrobem modułowym, dowolnie konfigurowalnym przez użytkownika, składającym się:

- z modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym oznakowanym CE w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i posiada stawkę VAT 8% oraz

- z modułów wyposażenia wózka takich jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, uchwyt kamery, nieoznakowanych znakiem CE, gdyż nie podlegają one pod ustawę o wyrobach medycznych i nie są objęte deklaracją zgodności, i posiadają stawkę VAT 23%,

Zamawiający odstąpi o wymogu dostarczenia dokumentów potwierdzających oznaczenie znakiem CE oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania dla wyrobów tzw. niemedycznych, nie podlegających ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie opisane w załączniku nr 4 do SIWZ, punkt 28 wymagania (tj. uchwyty silikonowych, będących wyposażeniem kontenera), które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) i nie są oznakowane znakiem CE oraz posiadają stawkę podatku VAT 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużeniu czasu naprawy gwarancyjnej z 5 dni roboczych do 10 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Podpisał

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk