



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

[www.spzozparczew.pl](http://www.spzozparczew.pl)

e-mail: [sekretariat@spzozparczew.pl](mailto:sekretariat@spzozparczew.pl)

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

SPZOZ.ZP.3520.4(1).2020

Parczew, dnia 30.04.2020 r.

Dział Zamówień Publicznych  
[zamowienia@spzozparczew.pl](mailto:zamowienia@spzozparczew.pl)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Parczewie”.

### Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

**W załączniku nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych, Pakiet nr 2 – wyposażenie medyczne ruchome, 2. Wózek transportowy leżący w pkt 17-20 było:**

17	Regulacja wysokości w zakresie 580mm do 900 mm $\pm 5\%$	TAK		Obciążenie 180 kg – 0 pkt Powyżej – 5 pkt
18	Kąt uniesienia oparcia pleców – min. 65°	TAK		Obciążenie 180 kg – 0 pkt Powyżej – 5 pkt
19	Kąt przechyłu Trendelenburga - min. 20°	TAK		Obciążenie 180 kg – 0 pkt Powyżej – 5 pkt
20	Kąt przechyłu anti-Trendelenburga – min. 12°		TAK	Obciążenie 180 kg – 0 pkt Powyżej – 5 pkt

Zamawiający dnia 30.04.2020 r. dokonuje **modyfikacji treści załącznika nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych, Pakiet nr 2 – wyposażenie medyczne ruchome, 2. Wózek transportowy leżący w pkt 17-20, na:**



ISO 9001:2008



Szpital  
bez bólu



17	Regulacja wysokości w zakresie 580mm do 900 mm $\pm 5\%$	TAK		
18	Kąt uniesienia oparcia pleców – min. 65°	TAK		
19	Kąt przechyłu Trendelenburga - min. 20°	TAK		
20	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga – min. 12°	TAK		

Podpisał

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie  
mgr Janusz Mordejuk