



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

[www.spzozparczew.pl](http://www.spzozparczew.pl)

e-mail: [sekretariat@spzozparczew.pl](mailto:sekretariat@spzozparczew.pl)

REGON: 000306489

NIP: 539-13-33-279

KRS: 0000015873

SPZOZ.ZP.3520.4(2).2020

Parczew, dnia 30.04.2020 r.

Dział Zamówień Publicznych  
[zamowienia@spzozparczew.pl](mailto:zamowienia@spzozparczew.pl)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Parczewie”.

### Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

#### Pytanie 1 dotyczy Pakiet 2 Wózek transportowy leżący - pkt 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości całkowitej 650 mm.

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

#### Pytanie 2 dotyczy Pakiet 2 Wózek transportowy leżący – pkt 19-20

Czy Zamawiający dopuści kąt przechyłu Trendelenburga -12° oraz anty-Trendelenburga 9°?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

#### Pytanie 3 dotyczy Pakiet 1 Iluminator naczyń żylnych – pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy iluminator naczyń żylnych o rozdzielczości wyższej (414720 pixeli) niż wymaga (395520 pixeli) w formacie 720x576 ?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza


#### Pytanie 4 dotyczy Pakiet 1 Iluminator naczyń żylnych – pkt 5-6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy iluminator naczyń żylnych którego czas pracy na jednym ładowaniu to 180 min który dodatkowo pozwala na prace również podczas ładowania zasilaczem 12V – 3,5 A?

**Odpowiedź.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ

#### Pytanie 5 dotyczy Pakiet 1 Iluminator naczyń żylnych - pkt 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości iluminator naczyń żylnych z lepszą rozdzielczością obrazu 856\*480 pikseli ?



**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 6 dotyczy Pakiet 1** Iluminator naczyń żylnych – pkt 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości iluminator naczyń żylnych z długością fali w przedziale 400~850nm ?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 7 dotyczy Pakiet 1** Iluminator naczyń żylnych – pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości iluminator naczyń żylnych z zaawansowanym i nowoczesnym ładowaniem USB, zamiast ładowania z zasilaczem 12V 4A?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 8 dotyczy Pakiet 1** Iluminator naczyń żylnych – pkt 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości iluminator naczyń żylnych bez wskaźnika głębokości żył, lecz zaawansowanym trybem doboru dwóch kolorów pokazujących żyły powierzchniowe i głębsze ? Sens obu zastosowań jest taki sam.

**Odpowiedź.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ

**Pytanie 9 dotyczy Pakiet 1** Iluminator naczyń żylnych – pkt 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości iluminator naczyń żylnych bez podawania parametrów w jednostkach „lin”? Oferowany produkt ma nowoczesny cyfrowy aparat, gdzie nie ma możliwości podania wartości w jednostkach „lin”. Wymagany parametr był używany w starych kamerach i tylko paru producentów jeszcze go używa.

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 10 dotyczy Pakiet 1** Iluminator naczyń żylnych – pkt 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości iluminator naczyń żylnych z kompatybilnym statywem z regulacją wysokości, osadzony na podstawie jezdnej do podtrzymania urządzenia z przykręcaną głowicą zabezpieczającą iluminator przed upadkiem bez uchwytu na ładowarkę?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 11 dotyczy Pakiet 1** Pulsoksymetr – pkt 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości pulsoksymetr z temperatura pracy w zakresie od 5 do 40°C ?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 12 dotyczy Pakiet 1** Pulsoksymetr – pkt 20

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości pulsoksymetr z w którym wskaźnik alarmu widoczny jest na przednim panelu urządzenia ?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 13 dotyczy Pakiet 1** Pompa infuzyjna strzykawkowa, dwutorowa – pkt 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości pompy dwustrzykawkowe z programowaniem ciśnienia okluzji na 5 poziomach: 50, 150, 300, 600, 900 mmHg ? Jest to zdecydowanie wystarczający zakres dla prawidłowego funkcjonowania infuzji.

**Odpowiedź.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ

**Pytanie 14 dotyczy Pakiet 1** Pompa infuzyjna strzykawkowa, dwutorowa – pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości pompy dwustrzykawkowe bez możliwości wprowadzenia nazwy oddziału ?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 15 dotyczy Pakiet 1** Pompa infuzyjna strzykawkowa, dwutorowa – pkt 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości pompy dwustrzykawkowe z zaawansowaną blokadą ekranu z możliwością ustawienia czasu jej pojawienia bez blokady podaży hasłem ? Nieumyślne zaprogramowanie hasła, może skutkować niemożliwością zatrzymania infuzji, co może doprowadzić do incydentu.

**Odpowiedź.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ

**Pytanie 16 dotyczy Pakiet 1** Kardiomonitor – pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z rączka możliwością zaczepu na podstawie jezdnej, na uchwycie ściennym bez wspornika umożliwiającego zawieszenie monitora na łóżku ?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 17 dotyczy Pakiet 1** Kardiomonitor – pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z chłodzeniem konwekcyjnym ? dodatkowe włączanie wentylatora jest zbędne i prowadzić może do zaciągania kurzu do wnętrza urządzenia.

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 18 dotyczy Pakiet 1** Kardiomonitor – pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor w którym Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów wyświetlane są z ostatnich 160 godz. ? taki zakres jest wystarczający do oceny z ostatnich 6 dni

**Odpowiedź.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ

**Pytanie 19 dotyczy Pakiet 1** Kardiomonitor – pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor w którym zapamiętywane jest min. 200 odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi i min. 2000 pomiarów NIBP ?

**Odpowiedź.** Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ

**Pytanie 20 dotyczy Pakiet 1** Kardiomonitor – pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor obsługa przy pomocy pokręteł i przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego, z możliwość konfiguracji ekranu dotykowego oraz konfiguracji przycisków na panelu sterowania dotykowego? bez możliwości programowania dowolnego 1 przycisku. W kardiomonitorze istnieje możliwość zaprogramowania i konfiguracji wielu przycisków na panelu sterowania

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 21 dotyczy Pakiet 1** Kardiomonitor – pkt. 20


Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością programowania przycisków szybkiego dostępu na panelu sterowania bez opcji ustawienia klawisza skrótów? Proszę wytłumaczyć co zamawiający rozumie pod pojęciem opcja ustawienia klawisza skrótów  
**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 22 dotyczy Pakiet 1** Kardiomonitor – pkt. 44

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z wyświetlaniem krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu w technologii producenta z kompatybilnością z Nellcor Oximax ?

**Odpowiedź.** Zamawiający dopuszcza

Podpisał

  
DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Barczewie  
mgr Janusz Hordejuk