



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 06.03.2020 r.

SPZOZ.ZP.3541.3(5).2020

Dział Zamówień Publicznych:

e-mail: zamowienia@spzozparczew.pl

Dotyczy: ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na dostawy PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH dla SPZOZ w Parczewie.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryterium:

- cena - 100%
- wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną - przy założeniu, że Wykonawca złożył ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego

Zadanie nr 1- PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do automatycznej dezynfekcji narzędzi i sprzętu w myjni -dezynfekator model 46-4 Getinge

Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 - **GETINGE Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa**

Wartość oferty wynosi 6 833,16 zł wraz z podatkiem VAT.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najniższą ceną.

Zadanie nr 2- PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do narzędzi i sprzętu

Zamawiający wybrał ofertę Nr 3 - **BIALMED Sp. z o.o. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa**

Wartość oferty wynosi 56 216,75 zł wraz z podatkiem VAT.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną.

Zadanie nr 3- PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do zmiękczenia wody

Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 – **Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o.o. Ul. Plac Wolności 7 85-004 Bydgoszcz**

Wartość oferty wynosi 1 217,70 zł wraz z podatkiem VAT.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną.




OFERTY ODRZUCONE

1. Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o.o. Ul. Plac Wolności 7 85-004 Bydgoszcz

Uzasadnienie: Wykonawca złożył ofertę na Zadanie nr 1- PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do automatycznej dezynfekcji narzędzi i sprzętu w myjni -dezynfekator model 46-4 Getinge. Zamawiający wymagał zad nr 1 poz. nr 2 preparat o gęstości względnej 1,008 g/cm³. Wykonawca zaoferował preparat niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z punktem 14 Zaproszenia do składania ofert Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, która zawiera błędy, których Zamawiający nie mógł poprawić samodzielnie.

Z poważaniem,


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pańczewie
mgr Janusz Hordejuk