



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.ZP.3541.2(7).2021

Parczew, dnia 08.02.2021r.

Dział Zamówień Publicznych  
zamowienia@spzozparczew.pl



### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów do aparatury medycznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz zamknięciu postępowania.

Dokonanie wyboru nastąpiło w oparciu o kryterium opisane w Zaproszeniu do składania ofert. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najniższa cena.



### I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- 1. Zadanie nr 1-** Akcesoria do respiratora eVolution i pułapki wodne do Mindray, układy oddechowe

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: **Biameditek Sp. z o. o.**, ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok.

Wartość oferty wynosi 12 427,99 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną.

- 2. Zadanie nr 2 –** Staplery i ładunki do staplera

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: **Medtronic Poland Sp. z o. o.**, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

Wartość oferty wynosi 30 261,20 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną.

Pozostałe oferty dla zadania nr 2:

PHU Anmar Sp. z o. o. Sp. k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy. Oferta odrzucona

- 3. Zadanie nr 3 –** Zestawy i igły do znieczuleń

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: **Balton Sp. z o. o.**, ul. Nowy Świat 7m14, 00-496 Warszawa

Wartość oferty wynosi 8 491,50 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną.

- 4. Zadanie nr 6 –** Zamknięty system do nawilżania, kaniule bez portu górnego, neoflony

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: **PHU Anmar Sp. z o. o. Sp. k.**, ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

Wartość oferty wynosi 7 096,68zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną.



**5. Zadanie nr 10** – Wyroby z fizeliny

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: Zarys International Group Sp. z o. o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.

Wartość oferty wynosi 8 692,60 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną.

Pozostałe oferty dla zadania nr 10:

Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno. Wartość oferty 9 796,68 zł brutto.

## II. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

### 1. Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe na następujące zadania:

Zadanie nr 4 – Akcesoria do inkubatora Isolette;

Zadanie nr 5 - Akcesoria do inkubatora i filtry do ssaka

Zadanie nr 8 - Papier termoczuły, ustniki do alkomatu, kapturki do termometru

Zadanie nr 9 - Akcesoria do CPAP Neofuff

- ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu.

Zadanie nr 7 - Pętle do podwiązywania polipów

- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

## III. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez **PHU ANMAR Sp. z o. o. Sp. k.**, ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy, na **Zadanie nr 2**.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami Zamawiającego.

Zamawiający wymagał w zadaniu nr 2 poz. 3 „Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 28 mm, wysokość otwartych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki 4,8 mm. Opakowanie zbiorcze 3 szt.”. Wykonawca zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia pod nazwą „Johnson&Johnson EES CDH29A”.

Zamawiający wymagał w zadaniu nr 2 poz. 4 „Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 31 mm, wysokość otwartych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki 4,8 mm. Opakowanie zbiorcze 3 szt.”. Wykonawca zaoferował produkt niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia pod nazwą „Johnson&Johnson EES CDH33A”.

Zatwierdził:

**p.o. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Parczewie  
*mgr inż. Ryszard Kielar*