



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP: 539-13-33-279

KRS: 0000015873

SPZOZ.ZP.3541.3(1).2021

Parczew, dnia 01.02.2021 r.



Dział Zamówień Publicznych
zamowienia@spzozparczew.pl

Dotyczy postępowania poniżej kwoty 130 000 złotych na „Usługi przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń medycznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych”.



Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia

W związku z modyfikacją treści opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie pkt 30 zaproszenia Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie dokonuje następujących zmian:

- Zamawiający dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 2 do Zaproszenia Formularz cenowy, wyłączając z zadania nr 24 pozycję 1 do nowego zadania nr 24A.

1. Zadanie nr 24 po modyfikacji:



Lp	Nazwa	typ	Numer Fabr Urz	Numer Inw Urz	lokalizacja / oddział	termin przeglądu	ilość przeglądów rocznie	cena jednost. przeglądu netto	wartość netto	%VAT	wartość brutto
1	Dermatom	BA720R (siatkownica)	Brak danych	Brak danych	Blok Operacyjny	2021-05-27	1 x rok				
2	Dermatom elektryczny	GA 630 AESCULAP (Akku)	1334	Brak danych	Blok Operacyjny	2021-05-27	1 x rok				

2. Zamawiający dodaje do załącznika nr 2 nowe Zadanie nr 24A:

Lp	Nazwa	typ	Numer Fabr Urz	Numer Inw Urz	lokalizacja / oddział	termin przeglądu	ilość przeglądów rocznie	cena jednost. przeglądu netto	wartość netto	%VAT	wartość brutto
1	Amnioskop	Zestaw	A1303007B	T-009/184/13	Oddz. Ginekologiczno-Położniczy	2021-05-27	1 x rok				

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt. 1, pkt. 3.1) oraz pkt. 6 treści Zaproszenia następująco:

1. Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zaprasza do składania ofert na usługi przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń medycznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych w podziale na **29 zadań**.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
 - 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń medycznych wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie w podziale na **29 zadań**. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zaproszenia (Formularz cenowy).
6. Przedmiot zamówienia został podzielony na **29 części**. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część/części lub na cały przedmiot zamówienia.

Wyjaśnienia treści zaproszenia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści zaproszenia, działając na podstawie pkt. 30 Zaproszenia, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1 dotyczy załącznika nr 2 – zadania nr 24

Prosimy o wydzielenie z pakietu 24 poz. 1 (Amnioskop) do osobnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie przez autoryzowanego serwis producenta korzystnej oferty cenowej na pozostałe pozycje w pakiecie 24.

Odpowiedź.

Zamawiający wydziela z zadania nr 24 poz. 1 do nowego zadania nr 24A, zgodnie z modyfikacją powyżej.

Pytanie 2 dotyczy załącznika nr 2 – zadania nr 24

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer serijny) wszystkich elementów wchodzących w poz. 2 (dermatom) i poz. 3 (dermatom elektryczny).

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

Pytanie 3 dotyczy załącznika nr 2 – zadania nr 41

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer serijny) wszystkich elementów wchodzących w poz. 1 (laparoskop).

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

Pytanie 4: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 14

Czy Zamawiający zgodzi się na zniesienie zapisu: „Wykonawcy składając ofertę na Zadanie nr 49 zobowiązują się wykonać zamówienie przy pomocy autoryzowanego serwisu”?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 pakiet 20, 26, 48, 49, 50

Czy Zamawiający pod zapisem: „Wykonawca gwarantuje, że usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do ich wykonywania” wymaga aby usługa

serwisowa była realizowana przez minimum dwie osoby, które mają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie konserwacji urządzeń medycznych?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 pakiet 20, 26, 48, 49, 50

Z informacji do nas docierających, wskazujemy, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się podmioty oferujące usługi serwisie aparatury medycznej nie posiadające doświadczenia w prowadzeniu działalności objętej zamówieniem co przekłada się na brak wymaganego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie zaleceniami producenta. Mając na uwadze krytyczną rolę sprzętu medycznego celem ochrony zdrowia i życia Pacjentów oraz ochrony pozostałych szeroko rozumianych interesów Zamawiającego, uzasadnione jest dopuszczenie do udziału w postępowaniu wyłącznie Wykonawców mających odpowiednio doświadczenie w prowadzeniu rzeczonyj działalności gospodarczej minimum 24 miesiące.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 10 pakiet 20, 26, 48, 49, 50

Czy na potwierdzenie spełnienia warunków w pkt 10 Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu czynności wchodzących w skład przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami oraz oświadczenia o zapewnieniu posiadania instrukcjami serwisowymi producenta aparatów oraz dostępem do dokumentacji technicznej (np. kody dostępu do oprogramowania, schematy, specjalistyczne oprogramowanie serwisowe, itp.) w przypadku, gdy będą one niezbędne do wykonywania usługi?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 10 pakiet 20, 26, 48, 49, 50

Z racji występowania na rynku firm o niewystarczającym doświadczeniu co niesie za sobą potencjalne ryzyko realizowania przedmiotu zamówienia jakim jest serwis aparatury RTG niezgodnie z zaleceniami producenta czy Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę posiadania środków finansowych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową na kwotę w PLN (polskich złotych) nie mniejszą niż 300 000,00 zł? Spełnienie ww. opisanego warunku gwarantuje Zamawiającemu, użycia podczas przeglądu oraz naprawy części eksploatacyjnych i zamiennych najwyższej klasy(nowe, nierekondycjonowane dedykowane do aparatu).

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 5 pakiet 20, 26, 48, 49, 50

Czy Zamawiający pod zapisem: „ Wykonawca gwarantuje, że usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do ich wykonywania” wymaga aby Wykonawca przedstawił co najmniej dwie referencje odpowiadające rodzajowi oraz marce aparatów będących przedmiotem zamówienia w danym pakiecie?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10 dotyczy wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 11 dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1,2,3,4:

1. W przypadku nienależyte wykonywanych konserwacji, których następstwem będzie niesprawna aparatura Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto ryczałtowej wynikającej z Formularza cenowego i odnoszącej się do tej aparatury, za każdy dzień jej niesprawności, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niesprawnej aparatury, która wymagała konserwacji
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5% wartości brutto niewykonanego/nienależyte wykonanego przedmiotu umowy za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. W przypadku odstąpienia Zleceniobiorcy bądź Zleceniodawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 12 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanym w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Podpisat:

P.O. DYREKTORA

Samodzielna Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

mgr inż. Ryszard Kidlar